

SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU Sp. z o. o.
TEL/FAX 32 67 41 111 e- mail sekretariat@szpital-siewierz.pl
KRS:0000492008 NIP:6252450036, REGON:276271179
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 3.906.000,00 zł

Znak sprawy ZP/PN/03/2020

Siewierz, dnia 22.12.2020 r.

DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/03/2020 pn. „Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych oraz dzierżawa 150 szt. koncentratorów tlenu dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o.” poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 79

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu:

„Wszystkie koncentratory muszą posiadać ważny przegląd techniczny potwierdzony dokumentem do DLT (raz na 6 miesięcy)” i dopuści przegląd techniczny raz na 12 miesięcy.

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem nr 167/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 29.11.2019r. nie jest określona częstotliwość wymaganych przeglądów w zakresie realizacji świadczeń tlenoterapii domowej- przeglądy aparatów wykonywane są według zaleceń producentów. Zgodnie z zaleceniami producenta serwis aparatów co 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonywanie przeglądów technicznych aparatów do tlenoterapii domowej zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Pytanie 80

Bardzo proszę o informację czy istnieje możliwość złożenia oferty na koncentratory o poziomie hałasu ≤ 53 dB (A)?

Proszę również o informację czy dopuszczają Państwo koncentrator tlenu z brakiem kontroli ciśnień?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów technicznych koncentratorów tlenu.

PROKURENT SAMOISTNY
Aleksandra Gawronska

Do wiadomości:

- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego
- a/a