

SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU Sp. z o.o.
TEL./FAX 32 67 41 111 e-mail sekretariat@szpital-siewierz.pl
KRS: 0000492008 NIP: 6252450036, REGON: 276271179
Sad Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 4.506.000,00 zł

Znak sprawy: ZP/PN/03/2021

Siewierz, dnia 05.01.2022 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2**

Zamawiający uprzejmie informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) – zwaną dalej Pzp, pn.: „**Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.**”, złożony został wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zawierające pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 63

Do treści §4 ust.5 wzoru umowy.

Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan Do §3 ust. 3, §8 ust. 1 pkt 10 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapisy §3 ust. 3 oraz §8 ust. 1 pkt 10 wzoru umowy są ogólne i nieprecyzyjne. Na ich podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisów §3 ust. 3 oraz §8 ust. 1 pkt 10 wzoru umowy, w taki sposób, aby były zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust. 1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art. 433 pkt 4 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust. 2 pkt 3 (zakazującym istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie PZP).

ODPOWIEDŹ NR 63

[W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający przychyliła się do wniosku i dokonuje wykreślenia § 3 ust. 3 oraz § 8 ust. 1 pkt 10 z wzoru umowy. Zmodyfikowany wzór umowy - Załącznik nr 5 w załączeniu.](#)

PYTANIE Nr 64

Do §4 ust. 7, §8 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy.

Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do

rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

ODPOWIEDŹ NR 64

W związku z powyższym wnioskiem Zamawiający dokonują zmiany wzoru umowy w poniższym zakresie.

Z uwagi na omyłkę w numeracji §4 wzoru umowy od ust. 6 w dół, § 4 ust. 6 staje się §4 ust. 5, a §4 ust. 7, staje się §4 ust. 6.

§4 ust. 6: W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu, będącego przedmiotem zamówienia, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zmianę na nowy inny towar o tych samych, bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej brutto nie wyższej niż wskazana w ofercie cena towaru zastępowanego, chyba że nie jest możliwe dostarczenie zamiennika towaru po cenie jednostkowej brutto nie wyższej niż wskazana w ofercie cena towaru zastępowanego bez rażącej straty dla Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony, po udokumentowaniu przez Wykonawcę powyższego dopuszczają wyłączenie danego towaru z umowy poprzez zawarcie stosownego pisemnego pod rygorem nieważności aneksu.

§8 ust. 1 pkt 4: W razie przejściowego udokumentowanego i obiektywnego braku możliwości dostawy towaru o nazwie handlowej wskazanej w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza dostawę towaru równoważnego odpowiadającego wymogom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Każdorazowa dostawa równoważnego towaru we wskazanych okolicznościach wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Towar równoważny zostanie Zamawiającemu dostarczony po cenie jednostkowej nie wyższej aniżeli cena towaru zawartego w ofercie Wykonawcy – wyłącznie przez okres trwania przeszkody; Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie zamiennika towaru po cenie jednostkowej brutto nie wyższej niż wskazana w ofercie cena towaru zastępowanego bez rażącej straty dla Wykonawcy, w takiej sytuacji Strony, po udokumentowaniu przez Wykonawcę powyższego dopuszczają wyłączenie danego towaru z umowy poprzez zawarcie stosownego pisemnego pod rygorem nieważności aneksu.

PYTANIE Nr 65

Do §4 ust. 10 wzoru umowy:

Prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "...z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

ODPOWIEDŹ NR 65

W związku z powyższym wnioskiem Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy w poniższym zakresie:

Z uwagi na omyłkę w numeracji §4 wzoru umowy od ust. 6 w dół, § 4 ust. 10 staje się §4 ust. 9.

§4 ust. 9: W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionych towarów przekraczającego Zamawiający może dokonać zakupu zamówionych, a niedostarczonych przez Wykonawcę towarów we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu tych towarów, dodatkowymi kosztami ich dostawy (np. przesyłki kurierskiej, transportu) oraz ewentualnymi innymi dodatkowymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego, z wyłączeniem powołania się przez Zamawiającego na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty stanowiącej w/w koszty z przysługującej mu należności za sprzedaż towarów, w przypadku niezapłacenia w/w kosztów w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

PYTANIE Nr 66

Do §4 ust. 13 wzoru umowy.

Ponieważ charakterystyki produktów leczniczych oraz ich aktualizacje są dokumentami powszechnie dostępnymi to wnosimy o odstąpienie od wymogu bieżącego przekazywania Zamawiającemu ich aktualizacji.

ODPOWIEDŹ NR 66

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z ww. wymogu. Ponadto wskazuję, że z uwagi na omyłkę w numeracji §4 wzoru umowy od ust. 6 w dół, § 4 ust. 13 staje się §4 ust. 12.

PYTANIE Nr 67

Do §7 ust. 1 lit. a), b) wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 ust. 1 lit. a), b) wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnych kar, tj. 200,00 zł lub 100,00 zł i wynosiła np. 0,5% wartości niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przy dostawie w trybie zwykłym oraz 0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdą godzinę zwłoki przy dostawie w trybie na cito? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (200,00 zł za każdy dzień zwłoki lub 100,00 zł za każdą godzinę zwłoki) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo części zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną funkcję kar umownych. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

ODPOWIEDŹ NR 67

W związku z powyższym wnioskiem Wykonawcy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Strony zgodnie ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących sytuacjach i wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki,

b) w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonego towaru, za każdą godzinę zwłoki,

c) w przypadku zwłoki w usunięciu braków ilościowych lub w dokonaniu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto części towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu, za każdy dzień zwłoki,

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości maksymalnej przedmiotu umowy netto określonej w § 3 ust. 1,

e) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości maksymalnej przedmiotu umowy netto określonej w § 3 ust. 1.

PYTANIE Nr 68

Do §7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy:

Mając na uwadze argumentację jak powyżej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za zwłokę w usunięciu braków ilościowych lub w dokonaniu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 0,5% wartości części towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

ODPOWIEDŹ NR 68

Stanowisko Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie nr 67.

PYTANIE Nr 69

Do §7 ust. 1 lit. d), e), ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie oraz zmianę sposobu obliczania kary umownej za odstąpienie od umowy, w ten sposób, aby wynosiła ona 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

ODPOWIEDŹ NR 69

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

PYTANIE Nr 70

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania.

ODPOWIEDŹ NR 70

Względem Zamawiającego na chwilę obecną nie aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). Według wiedzy Zamawiającego nie staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania.

PYTANIE Nr 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożności odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

ODPOWIEDŹ NR 71

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie ze swojej strony zaproponowanych zabezpieczeń. Brak jest jakichkolwiek podstaw do ich zastosowania. Nie występuje również „ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego”, na które powołuje się oferent. Według aktualnej wiedzy Zamawiającego w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający nie zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

PYTANIE Nr 72

Pytania dotyczące projektu umowy: Dotyczy § 4 ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu §2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

ODPOWIEDŹ NR 72

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE Nr 73

Dotyczy § 3 ust. 8

Prosimy o rezygnację z obowiązku dostarczania faktur w formacie XML „OSOZ-EDI KAMSOFT”.

Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczanie faktur w formie elektronicznej w formacie PDF.

ODPOWIEDŹ NR 73

W związku z powyższym wnioskiem Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 8 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

§ 3 ust. 8: Wykonawca zobowiązany jest do przesłania również drogą elektroniczną faktury w formacie XML „OSOZ-EDI KAMSOFT” lub PDF na adres: dzialfarmacji@szpital-siewierz.pl.

PYTANIE Nr 74

Dotyczy § 6 ust. 2

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli wg aktualnych potrzeb, zwracamy się z prośbą o skrócenie minimalnego terminu ważności do 8 miesięcy.

Ponadto prosimy o skrócenie minimalnego okresu ważności dla próbek do koagulologii pakiet 14 w zadaniu nr 2 pozycja 3 do 6 miesięcy, z uwagi na odczynniki chemiczne, które umieszczone w próbkach i warunkują taki okres ważności.

ODPOWIEDŹ NR 74

W związku z powyższym wnioskiem Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

§ 6 ust. 2: Termin ważności każdego sprzedawanego produktu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia produktu, dla produktów leczniczych i 12 miesięcy dla wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych, z zastrzeżeniem że dla próbek do koagulologii pakiet 14, w zadaniu 2, pozycja 3 Zamawiający dopuszcza termin ważności wynoszący 6 miesięcy. Dostawy towarów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mail podany w § 5 ust 1.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnego terminu ważności.

PYTANIE Nr 75

Dotyczy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

ODPOWIEDŹ NR 75

W związku z powyższym wnioskiem Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

§ 6 ust. 5: W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, w tym jakościowych, ujawnionych przy odbiorze zamówionego towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach lub w przypadku uszkodzenia towaru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie elektronicznej na adres e-mail podany w § 5 ust 1, który zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na wolny od wad w ciągu:

- a) dla reklamacji ilościowych – 3 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia,*
- b) dla reklamacji jakościowych, w tym w przypadku uszkodzenia towaru - 5 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.*

PYTANIE Nr 76

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt a, b, c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Zamawiający wprowadza drastyczną dla Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru oraz 100 zł za zwłokę w dostawie towaru w stosunku do terminu określonego w par. 4 ust. 7 oraz w przypadku reklamacji, która nota bene jest jednostronna (karą nie jest objęty Zamawiający, np. za zwłokę w zapłacie za zakupiony towar).

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Kara, która w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie daje maksymalnie 2000 zł za 10 dni zwłoki, przy równoczesnej możliwości dochodzenia przez Wykonawcę jedynie odsetek ustawowych, jest zbyt wysoka i wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego. Z tak sporządzonego zapisu można domniemywać, że Zamawiający zamierza się bezpodstawnie wzbogacać, wykorzystując potknięcia Wykonawcy (na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności).

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

W jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że „Według hipotezy art. 353¹ k.c. zasady współzycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58 § 2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość odsetek jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współzycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy jest nieważna”. Sąd Najwyższy potwierdził także, iż przy umownym zastrzeżeniu rażąco wygórowane odsetki, mogą być wykorzystane jako wyzysk (art. 388 k.c.).

Artykuł 353¹ k.c. należy do kategorii przepisów iuris cogentis, a więc naruszenie któregośkolwiek z wymienionych w nim kryteriów swobody kontraktowej wywołuje sankcję nieważności właśnie na podstawie art. 58 § 2 k.c. W konsekwencji zastrzeżenie kar umownych w wysokościach podanych przez Zamawiającego w SIWZ, jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego w rozumieniu art. 58 § 2 k.c., jak i art. 353¹ k.c.

Ponadto tak wysokie kary, powodują, że mamy do czynienia z obowiązkiem świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym. Dobrem chronionym w tym przypadku są indywidualne interesy majątkowe strony oraz niewątpliwie zostaje naruszona zasada uczciwego obrotu gospodarczego, mimo, iż Zamawiający nie jest przedsiębiorcą. Jak wspomniano ustawodawca nie określił ani kwotowo, ani procentowo stosunku świadczenia strony, stąd wypada oceniać tą zależność według stosunków gospodarczych, czasu zawierania umowy, przyjmując jako kryterium zasady i praktykę uczciwego obrotu.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu ust. 1 pkt a), b), c) tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania odpowiadała wysokości odsetek ustawowych i to dla obu stron, względnie nie przekraczała 0,1 % za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru co i tak jest trzy razy wyższą karą, od tej, jaką ewentualnie musiałby zapłacić Zamawiający w przypadku zwłoki za zakupiony towar.

ODPOWIEDŹ NR 76

Stanowisko Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie nr 67.

PYTANIE Nr 77

Dotyczy § 8

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w umowie poniższego zapisu:

„W celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która może zostać zakłócona przez zjawiska niezależne od stron, cena określona w § 3 ust. 1 umowy może ulec zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy w stosunku do kosztów uwzględnionych w cenie z oferty Wykonawcy o co najmniej 5%. Wówczas na pisemny wniosek strony, cena określona w § 3 ust. 1 umowy lub cena jednostkowa określona w formularzu rzeczowo-cenowym może być zmieniona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany okres. Zmiana ceny może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy i może być dokonana aneksem ze skutkiem na przyszłość, począwszy od daty złożenia przez stronę wniosku o jej zmianę a także może dotyczyć poszczególnych cen jednostkowych określonych w formularzu rzeczowo-cenowym. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% ceny z oferty określonej pierwotnie w § 3 ust. 1 umowy. Jeżeli zmiana na nie przywróci równowagi ekonomicznej umowy i będzie miało miejsce dalsze jej zakłócanie przez zjawiska niezależne od stron, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość przez złożenie drugiej stronie oświadczenia w każdym czasie, jednakże umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 3 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tej sytuacji nie powstanie obowiązek zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy.”

ODPOWIEDŹ NR 77

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej regulacji. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. Ewentualne jej przedłużenie na warunkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 9 jest możliwe dopiero po zawarciu aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że wykonawca ma prawo do odmowy jego zawarcia, w tym w związku z zmianą cen towarów.

PYTANIE Nr 78

Zadanie nr 2, Pakiet nr 14, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania probówek do koagulologii pakowanych w folię aluminiową (nie próżniowo) po 100 sztuk.

ODPOWIEDŹ NR 78

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 79

dotyczy zapisów SWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników,

złębników 5-37⁰C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40⁰C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

ODPOWIEDŹ NR 79

Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był dostarczany w warunkach zalecanych przez producenta.

PYTANIE Nr 80

Dotyczy zapisów SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

ODPOWIEDŹ NR 80

Nie, Zamawiający nie wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu.

PYTANIE Nr 81

Dotyczy zapisów SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

ODPOWIEDŹ NR 81

Zamawiający nie wyklucza. Po stronie Dostawcy leży dostarczenie pełnowartościowego towaru.

PYTANIE Nr 82

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczków pakowanych po 100 szt. w opakowaniu oraz podanie ceny za opakowanie tj. 3 opakowania?

ODPOWIEDŹ NR 82

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania przeliczając do pełnego opakowania w górę tj. 3 opakowania po 100 sztuk.

PYTANIE Nr 83

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczków pakowanych po 100 szt. w opakowaniu oraz podanie ceny za 1 sztukę?

ODPOWIEDŹ NR 83

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE Nr 84**Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną kaniule dożylnie z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej. Cewnik wykonane z poliuretanu PUR. Zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe. Wyposażona w skrzydełka. Z portem bocznym. Posiada 2 linie RTG. Wyposażona w zastawkę antyzwrotna. Jałowa, okres trwałości 5 lat. Pakowane pośrednio po 50 szt. w sztywne plastikowe opakowanie zamknięte papierem medycznym.
Rozmiar 24 G?

ODPOWIEDŹ NR 84

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 85**Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną kaniule dożylnie z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej. Cewnik wykonane z poliuretanu PUR. Zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe. Wyposażona w skrzydełka. Z portem bocznym. Posiada 2 linie RTG. Wyposażona w zastawkę antyzwrotna. Jałowa, okres trwałości 5 lat. Pakowane pośrednio po 50 szt. w sztywne plastikowe opakowanie zamknięte papierem medycznym.
Rozmiar 22 G?

ODPOWIEDŹ NR 85

Nie, Zamawiający nie dopuszcza , zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 86**Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną kaniule dożylnie z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej. Cewnik wykonane z poliuretanu PUR. Zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe. Wyposażona w skrzydełka. Z portem bocznym. Posiada 2 linie RTG. Wyposażona w zastawkę antyzwrotna. Jałowa, okres trwałości 5 lat. Pakowane pośrednio po 50 szt. w sztywne plastikowe opakowanie zamknięte papierem medycznym.
Rozmiar 20 G?

ODPOWIEDŹ NR 86

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 87**Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną kaniule dożylnie z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej. Cewnik wykonane z poliuretanu PUR. Zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe. Wyposażona w skrzydełka. Z portem bocznym. Posiada 2 linie RTG. Wyposażona w zastawkę antyzwrotna. Jałowa, okres trwałości 5 lat. Pakowane pośrednio po 50 szt. w sztywne plastikowe opakowanie zamknięte papierem medycznym.
Rozmiar 18 G?

ODPOWIEDŹ NR 87

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 88

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 10, 11, 12, 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ww. pozycjach strzykawek dwuczęściowych, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylne.

Skalowanie:

- 2 ml z rozszerzeniem do 3 ml (w kolorze niebieskim)
- 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml (w kolorze czerwonym)
- 10 ml z rozszerzeniem do 12 ml (w kolorze pomarańczowym)
- 20 ml z rozszerzeniem do 24 ml (w kolorze zielonym)?

ODPOWIEDŹ NR 88

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 89

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10 ml ze skalowaniem co 0,5ml?

ODPOWIEDŹ NR 89

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 90

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml ze skalowaniem co 1ml?

ODPOWIEDŹ NR 90

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 91

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 10, 11, 12, 13

Czy Zamawiający wymaga, aby ww. strzykawki posiadały kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów?

ODPOWIEDŹ NR 91

Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

PYTANIE Nr 92

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml pakowane w opakowania po 100 szt. oraz podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę tj. 18 opakowań?

ODPOWIEDŹ NR 92

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 93**Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści ww. strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze mlecznym?

ODPOWIEDŹ NR 93

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 94**Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści ww. strzykawki pakowane w opakowania po 85 szt. oraz podanie ceny za 1 sztukę w formularzu asortymentowo-cenowym?

ODPOWIEDŹ NR 94

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 95**Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści ww. strzykawki pakowane w opakowania po 1 szt. oraz podanie ceny za sztukę tj. 100 sztuk?

ODPOWIEDŹ NR 95

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 96**Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z nakładaną igłą 0,45x12 mm. Strzykawka w całości wykonana z polipropylenu. Mleczny kontrastujący tłok. Zakończenie stożkowe typu luer. Na pojedynczym opakowaniu sztukowym oraz na kartonie zbiorczym strzykawki umieszczona nazwa strzykawki i logo producenta. Pojemność strzykawki 1 ml, jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna. Nie zawiera ftalanów. Nie zawiera lateksu. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Termin ważności: 5 lat. Typ opakowania: 1 szt./folia-papier, 100 szt./karton?

ODPOWIEDŹ NR 96

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 97**Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd pakowany w opakowanie po 1 szt. oraz podanie ceny za 1 sztukę z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2 000 sztuk?

ODPOWIEDŹ NR 97

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 98

Zadanie nr 2, Pakiet nr 9, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem o pojemności 5-10 ml?

ODPOWIEDŹ NR 98

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 99

Zadanie nr 2, Pakiet nr 9, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley pakowane w opakowanie po 1 szt. oraz podanie ceny za 1 sztukę z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. dla pozycji 1 – 40szt. oraz dla pozycji 2 – 100 szt.?

ODPOWIEDŹ NR 99

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 100

Zadanie nr 2, Pakiet nr 9, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu pakowany w opakowanie po 1 szt. oraz podanie ceny za 1 sztukę z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. dla pozycji 3 - 300 szt. oraz dla pozycji 4 – 3 000 szt.?

ODPOWIEDŹ NR 100

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 101

Zadanie nr 2, Pakiet nr 9, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści worek pakowany w opakowanie po 1 szt. oraz podanie ceny za 1 sztukę z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 60 szt.?

ODPOWIEDŹ NR 101

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 102

Zadanie nr 2, Pakiet nr 9, poz. 17, 18, 19

Prosimy Zamawiającego o określenie ilości w opakowaniu do ww. pozycji?

ODPOWIEDŹ NR 102

Zamawiający wymaga opakowanie po 1 sztuce.

PYTANIE Nr 103

Zadanie nr 2, Pakiet nr 11, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny w kolorze mlecznym?

ODPOWIEDŹ NR 103

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 104**Zadanie nr 2, Pakiet nr 11, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik w kolorze czerwonym?

ODPOWIEDŹ NR 104

Nie, zgodnie z SWZ

PYTANIE Nr 105**Zadanie nr 2, Pakiet nr 11, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 14 cm?

ODPOWIEDŹ NR 105

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 106**Zadanie nr 2, Pakiet nr 11, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowa rękawica myjąca wykonana z miękkiej włókniny Molton. Bez wodoodpornej bariery. Wstępnie namydłony delikatnym, niskopieniącym detergentem przebadanym dermatologicznie. pH 5,5. Zgrzewanie ultradźwiękowe. SKŁADNIKI: Woda, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Methyl Gluceth-20, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Chloride, Citric Acid, Fragrance, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone & Methylisothiazolinone, CI 42051.

Dane techniczne

Jakość	Włóknina Molton
Składniki	100% PET (włókna poliestrowe)
Waga	80 g / m2. ± 5%
Laminowanie	NIE
Tłoczenie	NIE
Mydło	TAK
Kolor	biały
Kolor detergentu	niebieski
Chłonność	750% (7,5-krotność wagi)
Wymiary produktu	23 cm. x 16 cm ± 5%
Rozmiar	Jeden
Okres ważności produktu (okres przydatności do użycia)	36 miesięcy
Okres ważności po otwarciu	1 miesiąc

Właściwości fizyczno-chemiczne detergentu

Niskopieniący detergent testowany dermatologicznie. pH $5,5 \pm 0,5$.

Wyniki „TESTU PATCH” zapewniają, że detergent „NIE PODRAŻNIA” ludzkiej skóry. Zawiera łatwo i szybko biodegradowalne składniki w 100% pochodzenia naturalnego.

Delikatna formuła, pH skóry eudermalnej oraz obecność zmiękczących i tłustych substancji zapewniają efekt działania odżywczego połączone z delikatnym oczyszczeniem skóry.

Dodatkowe informacje

Produkt jednorazowego użytku i przeznaczony dla jednego pacjenta - NIE wielokrotnego użytku.
BEZ LATEKSU I FTALANÓW.
NIE zawiera toksycznych lub drażniących chemikaliów
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne.
Produkt został zarejestrowany jako Kosmetyk w CPNP (Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych) pod numerem 2083323.
Produkt wyprodukowany we Włoszech
Niska tolerancja \pm 5% wagi i wymiarów produktu.

?

ODPOWIEDŹ NR 106

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 107

Zadanie nr 2, Pakiet nr 13, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 13; pozycje: 1, 2): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

ODPOWIEDŹ NR 107

Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE Nr 108

Zadanie nr 2, Pakiet nr 13, poz. 1, 2

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 13; pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Należy zauważyć, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu chorego (brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności).

ODPOWIEDŹ NR 108

Zamawiający nie dopuści, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE Nr 109

Zadanie nr 2, Pakiet nr 13, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 13; pozycje: 1, 2): pieluchomajtek, które posiadają laminat oddychający/paroprzepuszczalny na całej powierzchni produktu?

ODPOWIEDŹ NR 109

Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE Nr 110**Zadanie nr 2, Pakiet nr 13, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 13; pozycje: 1, 2): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

ODPOWIEDŹ NR 110

Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE Nr 111**Dotyczy zapisów SWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

ODPOWIEDŹ NR 111

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE Nr 112**Dotyczy Parametry Techniczne:****Zadanie nr 3, Pakiet nr 18, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych naboji do dezynfekcji powietrza i powierzchni bez konieczności użycia sprzętu zamgławiającego zawierających środek oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych oraz środkach kompleksujących w roztworze wodnym oparty o chlorek didecylodimetyloamoniowy <0,10%, chlorek N-alkilodimetylobenzyloamoniowy <0,06%, pozostałe składniki wodne 99,84%, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników, środowiska, a także sprzętu medycznego i elektronicznego przy jednoczesnej wysokiej, bo 99,999% bakteriobójczości, zarodnikobójczości, prątkobójczości, sporobójczości, grzybobójczości i wirusobójczości? Naboję w jednorazowych pojemnikach o pojemności 150 ml przeznaczony do zamgławiania pomieszczeń o kubaturze 18 m³.

ODPOWIEDŹ NR 112

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE Nr 113**Zadanie nr 3, Pakiet nr 18, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych naboji do dezynfekcji powietrza i powierzchni bez konieczności użycia sprzętu zamgławiającego zawierających środek oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych oraz środkach kompleksujących w roztworze wodnym oparty o chlorek didecylodimetyloamoniowy <0,10%, chlorek N-alkilodimetylobenzyloamoniowy <0,06%, pozostałe składniki wodne 99,84%, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników, środowiska, a także sprzętu medycznego i elektronicznego przy jednoczesnej wysokiej, bo 99,999% bakteriobójczości, zarodnikobójczości, prątkobójczości, sporobójczości, grzybobójczości i wirusobójczości? Naboję w jednorazowych pojemnikach o pojemności 450 ml do zamgławiania pomieszczeń o kubaturze 50 m³.

ODPOWIEDŹ NR 113

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE Nr 114

Zadanie nr 3, Pakiet nr 18, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do jednoetapowego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i inwazyjnych wyrobów medycznych, na bazie isazone, DTPA, kompleksu czteroenzymatycznego i substancji powierzchniowo czynnych. Produkt niskopieniący, możliwość stosowanie manualnego i w urządzeniach do automatycznego dozowania i oprysku, o skuteczności wobec: B, F, Tbc w stężeniu 0,25% w czasie 5 min. potwierdzonej badaniami dla sektora medycznego zgodnie z normą EN 14885:2019, o wartości pH 7,5(±1), będącego wyrobem medycznym kl. IIb?

ODPOWIEDŹ NR 114

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 115

Zadanie nr 3, Pakiet nr 18, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu o wielkość opakowania 5l?

ODPOWIEDŹ NR 115

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 116

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści op. po 100zt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

ODPOWIEDŹ NR 116

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 117

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,085 ml?

ODPOWIEDŹ NR 117

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 118

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przepływ 320ml?

ODPOWIEDŹ NR 118

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 119

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane po 100 szt?

ODPOWIEDŹ NR 119

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE Nr 120

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 4 paskami radiocieniującymi?

ODPOWIEDŹ NR 120

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE Nr 121

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu TYVEC?

ODPOWIEDŹ NR 121

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE Nr 122

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

ODPOWIEDŹ NR 122

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 123

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 2 paskami RTG?

ODPOWIEDŹ NR 123

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

PYTANIE Nr 124

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE?

ODPOWIEDŹ NR 124

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 125

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści kolorystycznie kodowany koreczek?

ODPOWIEDŹ NR 125

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 126

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 10-13

Czy Zamawiający dopuści mleczny tłok?

ODPOWIEDŹ NR 126

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 127

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 10-13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnego pierścienia na korku?

ODPOWIEDŹ NR 127

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 128

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 10-13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania nazwy strzykawki na korpusie?

ODPOWIEDŹ NR 128

Nie, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 129

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 10-13

Czy Zamawiający odpuści rozszerzoną skalę 2-2,5ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-22ml?

ODPOWIEDŹ NR 129

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE Nr 130

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem?

ODPOWIEDŹ NR 130

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE Nr 131

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 14

Pytanie 45 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnego pierścienia na korku?

ODPOWIEDŹ NR 131

Nie, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 132

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści op. 100szt?

ODPOWIEDŹ NR 132

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE Nr 133

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści niebieski tłok?

ODPOWIEDŹ NR 133

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE Nr 134

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu loga i nazwy na strzykawce?

ODPOWIEDŹ NR 134

Nie, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 135

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,60 x 32 mm?

ODPOWIEDŹ NR 135

Nie, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 136

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,70 x 38 mm?

ODPOWIEDŹ NR 136

Nie, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 137

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,80 x 38 mm?

ODPOWIEDŹ NR 137

Nie, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 138

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,90 x 38 mm?

ODPOWIEDŹ NR 138

Nie, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 139

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści igłę 1,20 x 38 mm?

ODPOWIEDŹ NR 139

Nie, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 140

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści igłę 1,20 x 40 mm?

ODPOWIEDŹ NR 140

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE Nr 141

Zadanie nr 2, Pakiet nr 7, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści op. po 250szt?

ODPOWIEDŹ NR 141

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE Nr 142

Zadanie nr 2, Pakiet nr 10, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści siłę zrywu przed starzeniem ≥ 6.0 N i po starzeniu ≥ 6.0 N.?

ODPOWIEDŹ NR 142

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 143

Zadanie nr 2, Pakiet nr 10, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki zarejestrowane tylko jako wyrób medyczny?

ODPOWIEDŹ NR 143

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 144

Zadanie nr 2, Pakiet nr 10, poz. 4-7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu co pozwoliłoby na uzyskanie większej ilości ofert od Wykonawców.?

ODPOWIEDŹ NR 144

Nie, zgodnie z SWZ.

PYTANIE Nr 145

Zadanie nr 2, Pakiet nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę bez klipsów łączących gumki?

ODPOWIEDŹ NR 145

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE Nr 146

Zadanie nr 2, Pakiet nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane pojedynczo.?

ODPOWIEDŹ NR 146

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 147

Zadanie nr 2, Pakiet nr 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę bez pianki uszczelniającej w części nosowej?

ODPOWIEDŹ NR 147

Nie, zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE Nr 148

Zadanie nr 2, Pakiet nr 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kombinezon o gramaturze 55g/m²?

ODPOWIEDŹ NR 148

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Nr 149

Zadanie nr 2, Pakiet nr 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kombinezon o gramaturze 65g/m²?

ODPOWIEDŹ NR 149

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłużył pismem z dnia 04.01.2022 r. termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą oraz przygotowanie ofert **do dnia 12.01.2022 r. do godziny 11:00**, natomiast termin otwarcia ofert zmienia się **na dzień 12.01.2022 r. na godzinę 12:00**. Jednocześnie Zamawiający zmienił treść SWZ odpowiednio w Rozdziale XIX - Termin związania ofertą, Rozdziale XVII – Termin składania ofert oraz Rozdziale XVIII – Termin otwarcia ofert.

Prezes Zarządu

Robert Dederko