

SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU Sp. z o.o.
42-470 Siewierz ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21
Tel: 32 7000 502, 32 7000 702, e-mail: sekretariat@szpital-siewierz.pl
KRS 0000492008 NIP 6252450036 REGON 276271179
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 4.506.000,00 zł

Znak sprawy: ZP/TP2/03/2021

Siewierz, dnia 24.03.2022 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1**

Zamawiający uprzejmie informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) – zwaną dalej Pzp, pn.: „**Dzierżawa 150 szt. koncentratorów tlenu dla Ośrodka Leczenia Tlenem w Siewierzu przy ul. Oleśnickiego 21**”, złożony został wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zawierające pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu:

Wszystkie koncentratory muszą posiadać ważny przegląd techniczny potwierdzony dokumentem dostarczonym do DLT (raz na 6 miesięcy) i dopuści przegląd techniczny raz na 12 miesięcy.

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem nr 167/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 29.11.2019 r. nie jest określona częstotliwość wymaganych przeglądów w zakresie realizacji świadczeń tlenoterapii domowej – przeglądy aparatów wykonywane są według zaleceń producentów.

Zgodnie z zaleceniami producenta serwis aparatów co 12 miesięcy.

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający dopuszcza przegląd techniczny raz na 12 miesięcy.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

Pozostałe warunki i zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu

Robert Dederko

.....
*/pieczętka i podpis
Kierownika Zamawiającego/*

Do wiadomości:

- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego

- a/a